REVISIÓN DE SERVICIO DE CHAIR-CHECK® II

EN COMBINACIÓN CON LA COLCHONETA SENSORMAT®

(Consulte también el manual del usuario de Chair-Check II)

INSTALACIÓN APROPIADA DEL SISTEMA CHAIR-CHECK II EN UNA CAMA

A. Saque el Sensormat de la bolsa de plástico. Ponga una banda elástica con clip y engánchela a cada extremo del Sensormat. Este paso importante mantendrá el Sensormat en la posición correcta sobre el colchón, para asegurar su estabilidad. El Sensormat funcionará con cualquier lado hacia arriba.

B. Asegúrese de que todas las sábanas y ropa de cama estén recogidas hasta los pies de la cama. Ponga el Sensormat de 3 a 5 pulgadas por debajo del borde del colchón.

C. Enganche los clips en la tela del colchón, borde el colchón o los resortes de la cama a ambos lados. Ahora puede acomodar de nuevo las sábanas y ropa de cama. Anote en la etiqueta del cordón, la fecha en que comenzó a usar el Sensormat.

D. Conecte el enchufe tipo teléfono del Sensormat en la unidad de control de Chair-Check II. IMPORTANTE: Utilice solamente Bed-Check Sensormat con Chair-Check II, para evitar los problemas de funcionamiento, asociados con el uso de colchonetas de calidad inferior, vendidas como colchonetas equivalentes.

E. Si una batería recargable de hydride de níquel-metal esta instalada, el alimentación corcel puede ser conectado para ser utilizado.

F. Para asegurarse de que esta unidad esté fuera del alcance del paciente/residente, fije la unidad de control Chair-Check II al marco o a la cabecera de la cama, utilizando el colgador de alambre o la cinta Velcro®.

*No la ponga directamente debajo del borde de la cama, para evitar que se dañe con la orina.

G. Ayude al paciente/residente a acostarse en la cama. La unidad de control se activará automáticamente. La alarma sonará una sola vez, seguida de una luz roja intermitente, ubicada al lado del botón de Reprogramación.

H. Cuando el paciente/residente intente pararse de la cama, una alarma sonará en el cuarto. Presione el botón de Reprogramación una vez para cancelar la alarma. La unidad iniciará automáticamente el monitor, una vez que el paciente haya vuelto a la cama. Para sacar al paciente/residente de la cama, presione el botón de Reprogramación y la Chair-Check II, cambiará al modo de espera. Si el paciente no ha salido de la cama en un minuto, la unidad comenzará el monitor nuevamente. Sonará el tono una vez y comenzará de nuevo la luz roja intermitente, localizada al lado del botón de Reprogramación.

IMPORTANTE:

Revise la efectividad del sistema diariamente y/o al cambio de turno.

Asegúrese siempre de que el Sensormat, esté en la posición correcta, cada vez que suene una alarma.

Use únicamente los productos Bed-Check para mantener la garantía y la compatibilidad del sistema.

Las características físicas, los hábitos y factores que ponen a los pacientes en riesgo de caídas varían y pueden cambiar día a día. Por favor analice estos factores cuando sea necesario. La Chair-Check II, provee solamente una alarma auditiva. Para utilizarla con el sistema de llamados de enfermera, consulte la compañía Bed-Check para otros sistemas.

Bed-Check®
Reducing the Risk of Falls Through Innovative Technology Since 1978

P.O. Box 80238, Lincoln, NE 68501 • 1-800-523-7956 • www.bedcheck.com

Velcro es una marca registrado de Velcro Industries B.V. ®2008 Stanley Security Solutions, Inc. DOC-12-70003-AA

REVISIÓN DE SERVICIO DE CHAIR-CHECK® II
PARA SILLA / SERVICIO DE SILLA DE RUEDAS

(Consulte también la manual del usuario de Chair-Check II)

INSTALACIÓN CORRECTA DEL SISTEMA CHAIR-CHECK II

A. Saque el Sensormat® de la bolsa de plástico. Utilice las tiras adhesivas de la parte posterior del Sensormat, para mantenerlo en la posición adecuada y garantizar la fiabilidad del producto. Muy seguido ponga el Sensormat en el asiento de la silla y a 4 pulgadas de la parte de atrás de la silla, a lo ancho del asiento.

B. Enchufe la conexión tipo teléfono del Chair Sensormat, en la unidad de control del Chair-Check II.

IMPORTANTE: Utilice solamente Sensormats fabricados por Bed-Check con la unidad de control de Chair-Check II.

C. Para asegurarse de que la unidad esté fuera del alcance del paciente / residente, fije la unidad de control del Chair-Check II, en el respaldo de la silla, ya sea utilizando la percha de metal estándar o un cable con funda opcional. Registre la fecha en que comenzó a utilizar el Sensormat en la etiqueta del cordón.

D. Siente al paciente en la silla. La unidad de control del Chair-Check II se activara automáticamente. La alarma sonará una vez, seguida de una luz roja intermitente situada al lado del botón de Reprogramación.

E. Cuando el paciente/residente intente pararse de la silla o se incline demasiado hacia adelante, la alarma sonará. La alarma requiere intervención inmediata. La unidad reanudará automáticamente la vigilancia electrónica del paciente, cuando este vuelva a poner su peso en el Sensormat.

F. Después de que la alarma haya sonado, la persona encargada del paciente/residente debe presionar el botón de reinicio, apagar la alarma y permitir que la unidad de control del Chair-Check II entre en modo de espera.

G. Para sacar el paciente/residente de la silla, presione el botón de Reprogramación de la Chair-Check II una vez y la Chair-Check II comenzara en modo de Espera.

H. Si el paciente/residente no es sacado de la silla antes de un minuto, La Chair-Check II reasumirá la vigilancia electrónica. Se escuchara el sonido de un pito y la luz roja intermitente comenzara otra vez.

IMPORTANTE:

Por favor, revise la efectividad del sistema a diario y/o al cambio de turno.

Revise siempre, que el Sensormat esté en la posición correcta después de que suena una alarma.

Use productos Bed-Check para mantener la garantía Bed-Check y para asegurar la compatibilidad del sistema.

Las características físicas, hábitos y los factores que ponen a los pacientes en riesgo de caídas son diferentes y pueden cambiar día a día. Por favor analice estos factores cuando sea necesario.

Bed-Check®
Reducing the Risk of Falls Through Innovative Technology Since 1978

P.O. Box 80238, Lincoln, NE 68501 • 1-800-523-7956 • www.bedcheck.com

Velcro es una marca registrado de Velcro Industries B.V. ®2008 Stanley Security Solutions, Inc. DOC-12-70003-AA